

政府采购项目需求方案

采购单位：莒南县卫生健康局

代理机构：山东方达建设项目管理土地房地产评估有限公司

项目名称：莒南县卫生健康局二院磁控胶囊胃镜系统采购项目

编制时间：2020年10月

一、项目概况及预算情况

本项目为莒南县卫生健康局二院磁控胶囊胃镜系统采购项目，项目预算总金额为 25 万元。

二、采购标的具体情况

1、**采购内容：**莒南县卫生健康局二院磁控胶囊胃镜系统采购项目。

2、**需实现的目标：**满足采购人要求。

3、**采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准、其他标准：**执行所有现行的国家、行业及地方标准、规范、规程中的强制性条款。

4、**需满足的要求：**

4.1 质量要求:满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

4.2 安全要求:符合国家有关安全技术要求；

4.3 技术规格要求:满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

5. **需满足的采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先）**

(1) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非小型和微型企业产品价格+小型和微型企业产品价格×94%。

注：参与报价的小型 and 微型企业须提供《中小企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商的《中小企业声明函》原件），且须在投标文件中详细列明小型和微型企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)文件规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是:

参与评审报价=非监狱企业产品价格+监狱企业产品价格×94%。

注:1、监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件,且须在投标文件中详细列明监狱企业产品价格明细,否则不给予价格扣除。

(3) 根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是:

参与评审报价=残疾人福利性单位产品价格+残疾人福利性单位产品价格×94%。

注:1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件),且须在投标文件中详细列明残疾人福利性单位产品价格明细,否则不给予价格扣除;2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策;3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(4) 根据供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新《环境标志产品

政府采购品目清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

6、实施时间和地点：

6.1 时间：以甲乙双方实际签订合同为准。

6.2 地点：甲方指定地点。

6.3 标的数量：1个包。

7、需满足的服务标准要求：

7.1 服务标准要求：符合现行相关法律法规的要求。

7.2 服务期限：符合招标文件要求及相关规定。

7.3 服务效率：符合招标文件及相关标准要求。

8、项目验收标准：

8.1 验收标准：满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到验收合格，达到招标文件、采购人有关要求。

9、其他技术、服务等要求：详见附件。

三、论证意见

无。

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为 3 天：自 2020 年 10 月 31 日起，至 2020 年 11 月 02 日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于 2020 年 11 月 03 日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1. 采购单位：莒南县卫生健康局

联系人：王思琦

电话：15725298769

地址：山东省莒南县十泉路 135 号

2. 采购代理机构：山东方达建设项目管理土地房地产评估有限公司

联系人：王工

电话：18854905275

地址：临沂市兰山区柳青街道 77 号

附件：胶囊式内窥镜系统参数（床式）

序号	产品名称	参数要求	数量
1	胶囊式内窥镜	物理特性： 尺寸：直径 13.0mm±0.5mm 长度 27.9mm±1.0mm 质量：6.0±0.5g 材料：医用高分子材料 光学特性： 照明：6 个超高亮度发光二极管 顶点视场角（空气中）：140±15% 景深（空气中）：0~35mm 分辨力（空气中）：≥8lp/mm 操作特性： 帧速率：0.2 fps、0.5 fps、1 fps 工作时间：6h 工作电压：3V 工作温度：5~40℃ 其它特性： 图像数据：24 位真彩 电池容量：100mAh 密封性：IPX8	1 套
2	图像记录仪	尺寸：124*87*28mm 重量：<1kg 连续工作时间：6h±2h 存储卡容量：8GB 天线阵列接收单元数量：14 个 内部电源：内置锂充电电池 电池容量：≥4800mAh	1 套
3	影像工作站软件	（1）特性 软件语言：简体中文，英文。 输出格式：BMP 格式、JPEG 格式、AVI 格式图片，WORD、PDF 报告单。 显示帧频率：0.5~30fps。 能同时实时监控 4 台记录仪。 （2）功能 控制功能 <ul style="list-style-type: none"> • 读取或清除记录仪内图像 • 校对记录仪日期、时间 • 在实时监控中调整胶囊参数 • 同时进行 4 个病人的实时监控 图片浏览功能	1 套

		<ul style="list-style-type: none"> • 播放图片，设置浏览速度，支持暂停、保存、同时显示张数等功能 • 静态显示图片，直接跳转到某一区域的图片浏览 <p>图片编辑和处理功能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持图片放大或缩小 • 对图片做标注（如画线、圆、矩形等）以及添加注释功能 • 对图像进行锐化、平滑、边缘增强等处理 <p>数据处理功能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可将病人信息、医生结论、图片、数据分别存储于相应病人的数据库 • 数据库具备检索、备份、整理的功能 • 可将病人数据以 SCV. 格式导出 	
4	胶囊式内窥镜姿态控制器	<p>长度\leq14cm；外径\leq5.5cm；重量\leq1.5kg</p> <p>外表面磁场强度:可调范围 200mT-350mT</p> <p>控制器对在体外时的胶囊式内窥镜控制距离：0mm-250mm</p> <p>作用特性：可单手灵活操作，驱动胶囊式内窥镜在胃腔内滚动、旋转和倾斜运动，实现对胶囊式内窥镜的运动控制和姿态调整。</p>	1 套
5	其他	<p>一体机：Intel Core i3 3.40GHZ 双核，内存 8GB，硬盘 1T，显示器 23 英寸</p> <p>打印机：彩色打印机</p> <p>最高分辨率：4800*1200dpi</p> <p>打印速度：黑白 7.0ipm 彩色 4.8ipm</p> <p>诊查床：可用于诊疗室医务人员实施检查等医疗过程中患者多体位支撑与操作；由立柱、床垫、床板和床体组成。</p> <p>外观尺寸：全床长 212\pm5cm</p> <p>全床宽 99\pm5</p> <p>全床高 167\pm5</p> <p>床体宽 77\pm5</p> <p>床体高 72\pm5</p> <p>产品重量：155\pm20（单位：千克）</p> <p>床面额定载荷：135（单位：千克）</p> <p>立柱安装位承重量：7.5（单位：千克）</p> <p>床体可放置键盘鼠标、控制磁场测量装置或其他 USB 线连接的外围产品。</p>	1 套