

# 政府采购项目需求方案

采购单位：莒南县卫生健康局

代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

项目名称：莒南县卫生健康局二院医疗设备采购项目

编制时间：2020年10月

## 一、项目概况及预算情况

本项目为莒南县卫生健康局二院医疗设备采购项目，项目预算 4.2 万元。

## 二、采购标的具体情况

1、**采购内容：**莒南县卫生健康局二院医疗设备采购。

2、**需实现的目标：**满足采购人要求。

3、**采购标需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准、其他标准：**执行所有现行的国家、行业及地方标准、规范、规程中的强制性条款。

4、**需满足的要求：**

4.1 **质量要求：**满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

4.2 **安全要求：**符合国家有关安全技术要求；

4.3 **技术规格要求：**满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

5. **需满足的采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先）**

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非小型和微型企业产品价格+小型和微型企业产品

价格×94%。

注：参与报价的小型 and 微型企业须提供《中小企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商的《中小企业声明函》原件），且须在投标文件中详细列明小型 and 微型企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非监狱企业产品价格+监狱企业产品价格×94%。

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，且须在投标文件中详细列明监狱企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。

（3）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=残疾人福利性单位产品价格+残疾人福利性单位产

品价格×94%。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），且须在投标文件中详细列明残疾人福利性单位产品价格明细，否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4） 根据供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新《环境标志产品政府采购品目清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

## **6、实施时间和地点：**

6.1 时间：以甲乙双方实际签订合同为准。

6.2 地点：甲方指定地点。

6.3 标的数量：1个包

## **7、需满足的服务标准要求：**

7.1 服务标准要求：符合现行相关法律法规的要求。

7.2 服务期限：符合招标文件要求及相关规定。

7.3 服务效率：符合招标文件及相关标准要求。

## **8、项目验收标准：**

8.1 验收标准：满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到验收合格，达到招标文件、采购人有关要求。

**9、其他技术、服务等要求：详见附件。**

## **三、论证意见**

无。

## **四、公示时间**

本项目采购需求公示期限为3天：自2020年10月30日起，至11月02日止。

## **五、意见反馈方式**

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2020年11月03日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意

的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

## 六、项目联系方式

1. 采购单位：莒南县卫生健康局

联系人：王思琦

电话：15725298769

地址：山东省莒南县十泉路 135 号

2. 采购代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

联系人：王琪

电话：13573990152

地址：山东省临沂市兰山区北城新区天津路与孝河路交汇处三立  
大厦 6 层

附件:

序号	产品名称	参数要求	数量
1	微波治疗仪	<p>1. 电源电压: 220V±10%, 频率 50HZ±1HZ</p> <p>2. 正常工作条件</p> <p>a) 环境温度: 10℃~40℃;</p> <p>b) 相对湿度: 30%~75%;</p> <p>c) 大气压力: 700hPa~1060hPa</p> <p>3. 整机输入功率: ≤400W</p> <p>4. 输出功率: ≤80W</p> <p>5. 微波频率: 2450Mhz±30Mhz</p> <p>6. 显示方式: 便携数码</p> <p>7. 磁控管: 性能稳定, 效率高。</p> <p>8. 功率范围: 理疗: 0W—30W 之间, 连续可调 治疗: 0W—80W 之间, 连续可调</p> <p>9. 治疗时间定时范围: 0—99S 可调</p> <p>10. 理疗时间定时范围: 0—30min 可调, 理疗蜂鸣报警。</p> <p>11. 手术时间: 可根据手术具体情况控制手术时间</p> <p>12. 工作方式: 分理疗、治疗两种, 均为连续工作, 输出控制方式为双路输出控制</p> <p>13. 辐射防护</p> <p>a) 外壳泄漏≤2Mw/cm<sup>2</sup></p> <p>b) 无用辐射≤2Mw/cm<sup>2</sup></p> <p>c) 探头驻波比≤3</p> <p>d) 输出阻抗≤50 Ω</p> <p>e) 在电压不稳时, 可自动调节。</p> <p>14. 具有输出的定时功能, 可预置设定, 采用数字显示, 时间结束可显示, 具有自动闭锁功能及过载自动保护系统.</p> <p>15. 具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源,</p>	1 台

		<p>故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作。</p> <p>16. 产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣和宫颈糜烂的治疗。</p> <p>17. 一体化推车式，车轮可以锁定。</p> <p>18. 理疗头2个，手术头7只，带脚踏开关。</p> <p>19. 产品已经通过了CMD认证。</p> <p>20. 执行国家标准 GB9706.6-2007 版</p>	
2	医用等离子体空气消毒器	<p>1. 应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。</p> <p>2. 安装方式：移动式</p> <p>3. 外型尺寸：(L×W×H)：400×400×950 (mm<sup>3</sup>)</p> <p>4. 重量：40 Kg</p> <p>5. 消毒方法：等离子体+静电吸附</p> <p>6. 最大适用体积：100 m<sup>3</sup></p> <p>7. 额定循环风量：1000 m<sup>3</sup>/h</p> <p>8. 杀菌区电场强度 8000V，积尘区电场强度 4000V。</p> <p>9. 设备持续工作 1 小时，臭氧残留量≤0.005mg/m<sup>3</sup></p> <p>10. 净化效果：设备持续工作 1 小时，对 100m<sup>3</sup> 房间≥0.5um 颗粒物的净化效率≥93%；净化后室内空气≥0.5um 颗粒物≤2700000 个/m<sup>3</sup>，达到十万级洁净度。</p> <p>11. 洁净空气量 CADR（颗粒物）≥450m<sup>3</sup>/h</p> <p>12. 气雾室细菌的杀灭率均 100%</p> <p>13. 设备持续工作 1 小时，对体积为 100 m<sup>3</sup> 室内空气的自然菌消亡率均大于 90%，平均消亡率≥95%。</p> <p>14. 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。</p> <p>15. 外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。</p>	4 台

	<p>16. 采用 V 型分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味。</p> <p>17. 采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)</p> <p>18. 实时监测室内空气温湿度。</p> <p>19. 高、中、低三挡可调风速供用户选择。</p> <p>20. 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。</p> <p>21. 程控数量（定时消毒）6 组。</p> <p>22. 模块化设计，方便用户维护保养。</p> <p>23. 一键锁定功能，防止误操作。</p> <p>24. 工作时间自动累计功能。</p> <p>25. 高档液晶显示屏，远红外线遥控。</p> <p>26. 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。</p> <p>27. 输入功率：170W</p> <p>28. 电源：AC 220V 50Hz</p> <p>29. 产品证件：卫生安全评价报告</p>	
--	---	--