

政府采购项目需求方案

采购单位：莒南县卫生健康局

代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

项目名称：莒南县卫生健康局二院皮肤医疗设备采购项目采
购项目

编制时间：2020年10月

一、项目概况及预算情况

本项目为莒南县卫生健康局二院皮肤医疗设备采购项目，项目预算 47 万元。

二、采购标的具体情况

1、**采购内容：**莒南县卫生健康局二院皮肤医疗设备采购。

2、**需实现的目标：**满足采购人要求。

3、**采购标需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准、其他标准：**执行所有现行的国家、行业及地方标准、规范、规程中的强制性条款。

4、**需满足的要求：**

4.1 **质量要求：**满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

4.2 **安全要求：**符合国家有关安全技术要求；

4.3 **技术规格要求：**满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

5. **需满足的采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先）**

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非小型和微型企业产品价格+小型和微型企业产品

价格×94%。

注：参与报价的小型 and 微型企业须提供《中小企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商的《中小企业声明函》原件），且须在投标文件中详细列明小型和微型企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非监狱企业产品价格+监狱企业产品价格×94%。

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，且须在投标文件中详细列明监狱企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。

（3）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=残疾人福利性单位产品价格+残疾人福利性单位产

品价格×94%。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），且须在投标文件中详细列明残疾人福利性单位产品价格明细，否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4） 根据供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新《环境标志产品政府采购品目清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

6、实施时间和地点：

6.1 时间：以甲乙双方实际签订合同为准。

6.2 地点：甲方指定地点。

6.3 标的数量：1个包

7、需满足的服务标准要求：

7.1 服务标准要求：符合现行相关法律法规的要求。

7.2 服务期限：符合招标文件要求及相关规定。

7.3 服务效率：符合招标文件及相关标准要求。

8、项目验收标准：

8.1 验收标准：满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到验收合格，达到招标文件、采购人有关要求。

9、其他技术、服务等要求：详见附件。

三、论证意见

无。

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2020年10月30日起，至11月02日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并于2020年11月03日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意

的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1. 采购单位：莒南县卫生健康局

联系人：王思琦

电话：15725298769

地址：山东省莒南县十泉路 135 号

2. 采购代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

联系人：王琪

电话：13573990152

地址：山东省临沂市兰山区北城新区天津路与孝河路交汇处三立
大厦 6 层

附件:

序号	产品名称	参数要求	数量
1	光子治疗仪	<p>一、产品用途：多功能光子治疗系统是进行皮肤治疗、美容专用设备。</p> <p>1、多功能光子治疗系统采用能发射多种波长，有效治疗各种皮肤美容问题，如改善皱纹，去除各种年龄斑、色斑，去除多余毛发，紧致皮肤纹理，去除增生的细小血管。该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好。</p> <p>2、符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。</p> <p>二、技术指标</p> <p>1、强脉冲光源：560-1200nm和695-1200nm。</p> <p>*2、能量密度：10-48J/cm²</p> <p>*3、脉冲方式：独立可调多脉冲技术；</p> <p> 脉冲次数：2-3个脉冲；</p> <p> 子脉宽：2-8ms；</p> <p> 脉冲延迟：5-145ms</p> <p>4、冷却：0℃，内冷却光导晶体直接耦合；</p> <p>5、重复频率：0.5Hz；</p> <p>6、光斑面积：8×34mm²</p> <p>*7、校准装置：高精度人工能量校准系统</p>	1 台
2	二氧化碳激光治疗机（点阵激光）	<p>1、内置能量衰减监测系统</p> <p>2、激光波长：10.6μm</p> <p>3、传输方式：7关节导光臂，360度无死角</p> <p>4、激光器输出方式：连续、脉冲、超脉冲</p> <p>5、激光工作方式：单次、重复、连续</p> <p>6、连续输出功率：1-30 W</p> <p>*7、焦点光斑直径：0.1mm</p> <p>8、瞄准光系统：650±5nm波长红色半导体指示光，亮</p>	1 台

		<p>度从弱到强可调</p> <p>9、治疗手具： f=100mm、 f=50mm（选配）2种治疗刀头</p> <p>10、10 英寸彩色液晶触摸屏</p> <p>*11、独立开发的软件控制系统：手动模式和美容模式。 手动应用模式：①切割②磨削③眼睑成型；美容应用模式：①浅层【螺旋线形】②深层③混合④妊娠纹⑤色素⑥甲癣⑦换肤</p> <p>*12、单点能量：0.1-300mJ可调</p> <p>13、保护系统：断水、过载双重保护</p> <p>*14、冷却系统：内置封闭循环水冷却及风冷散热系统</p> <p>15、温控系统：温控系统实时监控，保证机器的正常运行</p>	
3	LED 光谱治疗仪	<p>一、产品用途：适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合</p> <p>二、技术指标</p> <p>★1. 设备要求：弧型扇面治疗头、并可伸展</p> <p>2、彩色触摸液晶显示；</p> <p>3、照射方式：连续照射、脉冲照射；</p> <p>4、有效辐照面积不小于850cm²±10%；</p> <p>5、辐照距离 6cm±1cm；</p> <p>*6、输出波长范围：红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；黄光590nm±10nm；集单光源、两光源、三光源于同一治疗平台，红蓝、红黄、蓝黄光源可同时点亮；</p> <p>7、采用大功率SMD矩阵光源，排列密度高，使辐照强度更高、光斑更均匀，LED芯片数量不少于1100颗；</p> <p>8、空气动力学系统设计，超强导热材料，确保在恶劣的环境下使用安全、可靠、稳定；</p> <p>*9、独具剂量工作模式，并配备辐照强度校准系统，</p>	1 台

	<p>确保治疗剂量更准确；</p> <p>10、温馨的语音提醒，为患者带来轻松舒适的治疗体验；</p> <p>*11、钥匙开关和开机密码双重开关保护，治疗过程安全放心。</p> <p>12、自由升降阻尼悬臂设计，方便操作，使光源可以在任意位置角度停留最大程度满足各种临床治疗环境；</p>	
--	--	--