

政府采购项目需求方案

采购单位：莒南县卫生健康局

代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

项目名称：莒南县卫生健康局坪上卫生院离心机和脑电地形
仪采购项目

编制时间：2021 年 4 月

一、项目概况及预算情况

本项目为莒南县卫生健康局坪上卫生院离心机和脑电地形仪采购项目，项目预算 6.8 万元。

二、采购标的具体情况

1、**采购内容：**莒南县卫生健康局坪上卫生院离心机和脑电地形仪采购项目。

2、**需实现的目标：**满足采购人要求。

3、**采购标需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准、其他标准：**执行所有现行的国家、行业及地方标准、规范、规程中的强制性条款。

4、**需满足的要求：**

4.1 **质量要求：**满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

4.2 **安全要求：**符合国家有关安全技术要求；

4.3 **技术规格要求：**满足国家、省、市相关规范及其他相关行业现行规范。

5. **需满足的采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先）**

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非小型和微型企业产品价格+小型和微型企业产品价格×94%。

注：参与报价的小型 and 微型企业须提供《中小企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商的《中小企业声明函》原件），且须在投标文件中详细列明小型和微型企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非监狱企业产品价格+监狱企业产品价格×94%。

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，且须在投标文件中详细列明监狱企业产品价格明细，否则不给予价格扣除。

（3）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=残疾人福利性单位产品价格+残疾人福利性单位产品价格×94%。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），且须在投标文件中详细列明残疾人福利性单位产品价格明细，否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4） 根据供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新《环境标志产品政府采购品目清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×6%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格占投标报价中所占比例，否则不予计分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

6、实施时间和地点：

6.1 时间：以甲乙双方实际签订合同为准。

6.2 地点：甲方指定地点。

6.3 标的数量：1个包

7、需满足的服务标准要求：

7.1 服务标准要求：符合现行相关法律法规的要求。

7.2 服务期限：符合招标文件要求及相关规定。

7.3 服务效率：符合招标文件及相关标准要求。

8、项目验收标准：

8.1 验收标准：满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到验收合格，达到招标文件、采购人有关要求。

9、其他技术、服务等要求：详见附件。

三、论证意见

无。

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2021年4月20日起，至2021年4月23日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并于2021年4月24日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购

代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1. 采购单位：莒南县卫生健康局

联系人：王思琦

电话：15725298769

地址：山东省莒南县十泉路 135 号

2. 采购代理机构：山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

联系人：王琪

电话：13573990152

地址：山东省临沂市兰山区北城新区天津路与孝河路交汇处三立大厦 7 层

附件:

台式低速离心机技术参数

技术参数

序号	内 容	序号	内 容
1	最高转速: 4200r/min	7	电源: AC220V 50HZ
2	最大相对离心力: 3150×g	8	输入功率: 0.6KW
3	定时时间: 1- 99 min	9	驱动方式: 交流变频电机
4	噪声: ≤65dB (A)	10	外型尺寸: 56×43×36cm
5	显示: 数字显示	11	净重: 50kg
6	操控方式: 薄膜开关		

产品功能

序号	内 容
1	采用大功率交流变频电机驱动, 配置高精度测速系统
2	金属机箱, 电子门锁, 开盖自动停机
3	单片机控制、数码管显示、9 种程序选择
4	转速、离心力可单独设置并同步显示、无需转换
5	升减速时间 10 档调节, 并具有软制动防回荡功能
6	自动、手动开盖选择功能

配置清单

序号	名 称	数 量	单 位	附 注
1	台式低速离心机	1	台	
2	真空采血管(长/短管)×48 支	1	套	水平转子 (吊篮×4 组)
3	电源线	1	条	
4	产品保修卡	1	份	
5	产品合格证	1	份	
6	产品使用说明书	1	份	

脑电图仪

一：放大器

1. 放大器使用顶级芯片，保证数据采集的真实性和稳定性。尤其是 AD 转换（可以拆机检验）。
- * 2. 放大器供电与数据传输采用USB方式，保证数据传输中没有干扰、数据完整性、电压的稳定性。真正的USB接口技术，支持热插拔，即插即用。USB供电，无需外接电源。USB口在掉电或断开后，重新连接后可自动恢复采集。
- * 3. 超前记录：带有记忆的采样模式，可保存按键前 10 秒的数据。
- * 4. 采样率大于 1000Hz 验收时要求测量。
5. 输入范围：±15mv
6. 分辨率：0.5 μ v
- * 7. 共模抑制比：≥110dB
8. 50Hz 干扰抑制比：≥60dB
- * 9. 噪声电平：峰峰值≤2.5uV_{p-p} 平均值小于 0.33
10. 高频滤波控制：15, 30, 45, 60, 120Hz
11. 时间常数控制：0.03, 0.1, 0.3
- * 12. 28 孔以上放大器具有 16 导脑电信号采集

二：软件功能

- 1、 可以实现常规脑电图、脑地形图检查。
- 2、 可以实现床边脑电图检查及会诊。
- * 4、导联任意编辑、单导、双导、平均导联、切换功能
- * 5、支持 EDF 和 Matlab 数据格式（现场演示证明采样率 1000Hz 原始数据）
- * 6、病例可备份到 U 盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件 PC 电脑浏览分析病例。
- * 7、频域数值分析数值可保存 Excel 格式及 FFT 数值、能量值、通道内各频段百分比。
- 8、各种诱发试验（睁眼、闭眼、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。）
- 9、电子频率标尺：代替普通脑电图尺，帮助测量脑电图频率，
- 10、报告模板可任意编辑：横版、竖版及增加词条
- 11、可升级视频脑电和动态
- 12、产品通过 ISO9001 和 ISO13485 质量认证

三、配置要求：

1. 主控机一台 4G/1T:
2. 显示器：21.5 寸液晶显示器。
3. 彩色喷墨打印机。
4. 放大器主机一台
5. 电极、电极帽、电极线、脑电图尺等各一套